

Разъяснение

положений запроса котировок в электронной форме

№ 32312912641 от 30.10.2023г.

В ответ на Ваш запрос о разъяснении положений документации запроса котировок в электронной форме, полученный Заказчиком, направляем следующие разъяснения:

№ п/п	Ссылка на пункт документации, положения которого необходимо разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений запроса котировок в электронной форме	Разъяснение положений запроса котировок в электронной форме
1	II.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	<p>В техническом задании указано: Наименование (обозначение) и количество поставляемого товара. № п/п Наименование (обозначение) товара Ед. измерения Кол-во 1 Бокс (шкаф) микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С,1,2 NEOTERIC, II класс, тип А2 или эквивалент шт. 2 Код ОКПД 2: 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки Неверно указан Код ОКПД 2. Должно быть Код ОКПД 2: 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки. Кроме того, в техническом задании отсутствует описание объекта закупки согласно КТРУ. Дата начала обязательного применения позиции каталога 14.07.2022г. Для сведения: Код позиции КТРУ для бокса размером 1,2 - 32.50.50.190-00002869. Прошу привести техническое задание в соответствие с законодательством РФ.</p>	<p>Код ОКПД 2: 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки не противоречит Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 июня 2019 г. № 733 Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации» и соответствует Общероссийскому классификатору. Заказчик самостоятельно выбирает ОКПД2, по его мнению, наиболее подходящий под специфику закупки с учетом области его применения. Закон 223-ФЗ не предусматривает требований по применению КТРУ при осуществлении закупок ТРУ в рамках данного закона.</p> <p>Товар используется в рамках научных испытаний, НЕ В ЦЕЛЯХ использования для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма человека путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. РУ не требуется.</p>

	<p>5.Класс установленного фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 - G4 Наличие</p> <p>Бокс (шкаф) микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С,1,2 NEOTERIC, II класс, тип А2 имеет одноступенчатую систему фильтрации. У него нет фильтра грубой очистки. Есть фильтр на входе в рабочую камеру и фильтр для удаления воздуха из нее. Прошу привести ТЗ в соответствие.</p>	<p>По решению Заказчика будут внесены изменения в Документацию</p>
	<p>6. Габариты ламинарного бокса с подставкой (ШхГхВ), не менее 1200х7700х2150мм Соответствие</p> <p>Не может бокс шириной 1,2 метра иметь глубину 7,7 метра. Тем более, что меньший размер не рассматривается. Явная опечатка. Прошу привести ТЗ в соответствие.</p>	<p>По решению Заказчика будут внесены изменения в Документацию</p>
	<p>14. Степень очистки выбрасываемого воздуха от частиц $\geq 0,5$ мкм, % — 99,9995; Соответствие Согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 HEPA-фильтр H14 имеет степень очистки 99,995%. Степень очистки 99,9995% имеют ULPA фильтры U 15.</p>	<p>По решению Заказчика будут внесены изменения в Документацию</p>

И.о. зам. директора ИБГ УФИЦ РАН, д.б.н.



А.С. Карунас