

**Разъяснение**  
**положений запроса котировок в электронной форме**

**№ 32413303453 от 20.02.2024г.**

В ответ на Ваш запрос о разъяснении положений документации запроса котировок в электронной форме, полученный Заказчиком, направляем следующие разъяснения:

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Ссылка на пункт документации, положения которого необходимо разъяснить</b> | <b>Содержание запроса на разъяснение положений запроса котировок в электронной форме</b>                                                                 | <b>Разъяснение положений запроса котировок в электронной форме</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | П.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                         | Просьба к заказчику разъяснить чем его не устраивают весы со встроенной калибровкой, если они по умолчанию имеют возможность провести внешнюю калибровку | Заказчик имеет большой опыт работы с разным типом весов. Исходя из него, учитывая наличие в арсенале научной лаборатории Заказчика всех необходимых гирь нужного класса точности, поверенных и откалиброванных, лучшим типом весов для достижения целей научного исследования могут быть весы с внешней калибровкой. |

Руководитель гранта РФФИ 24-26-00025 от 29.12.2023г.  
с.н.с. ИБГ УФИЦ РАН, к.б.н.



А.В. Сорокань